

2026 年上海高校安全管理对照检查要素参考表

（实验室安全及特种设备管理）

实验室安全	责任部门	实验室安全责任部门是否明确。
	实验室安全准入	是否建立并完善安全准入制度，在岗实验人员是否已通过安全考核并取得准入资格，确保准入与实操有效衔接。
	实验方案安全风险评估	新建、扩建实验室前是否进行风险评估，实验室在开展新增实验项目前是否进行风险评估。
	易制爆危化品管理	易制爆危险化学品保管员，如实登记易制爆危险化学品相关信息；管理人员应持有证书。
	易制爆危化品管理	保管员应每天核对易制爆危险化学品存放情况，登记资料至少保存 1 年，发现易制爆危险化学品的包装、标签、标识等不符合安全要求的，应及时整改。
	易制爆危化品管理	易制爆危险化学品从业单位应定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育，每月至少召开 1 次安全会议并有记录。
	易制爆危化品管理	危化品储存场所的周界应设置围墙或栅栏。易制毒易制爆化学品、危险化学品、易燃易爆试剂严格执行分类存放、远离热源、限量储存，不得混存

		混放、超量存放。
	易制爆危化品管理	危化品储存场所使用的防盗安全门，其防盗安全级别应为乙级(含)以上。
	危险作业审批	实验室危险实验是否执行审批流程并记录，高风险实验是否执行“双人值守”制度。
	危化品管理	剧毒、易燃易爆危化品是否双人双锁管理，存储量是否合规，MSDS 文件是否齐全。
	废弃物处理记录	实验室危险废物是否分类存放并记录处理。
	仪器设备维护	高温高压设备是否定期检测。
	个人防护用品管理	防护眼镜、防毒面具是否配备并定期检查。
	通风系统检测	实验室通风橱是否定期检测风量及过滤效率。
	生物安全柜	生物安全柜气流速度及过滤器是否年检。
	气瓶管理	气瓶是否固定防倾倒，标识是否清晰。
	实验动物管理	实验动物房是否取得许可证并定期消毒。
	辐射安全管理	放射性设备是否取得许可证并定期检测。
	实验记录归档	实验记录是否完整归档并保存≥5 年。
	杂物堆放	实验室是否无杂物堆积。

特种设备管理	责任部门	特种设备安全管理责任部门是否明确。
	安全管理与资质	安全管理制度、操作规程、应急预案是否齐全有效。安全管理人员与作业人员是否持有效证件上岗。
	定期检验与维护	设备及其安全附件是否在定期检验有效期内，并有检验合格报告。是否按规定进行经常性维护保养和定期自行检查，并有记录。
	安全装置与警示	安全阀、压力表、水位计、限位器、急停开关等安全保护装置是否完好、有效。设备区域是否有醒目的安全警示标志、检验标识、安全注意事项。
	压力容器与气瓶	储气罐等压力容器外观无严重腐蚀、变形，支座牢固。实验室气瓶是否固定良好，瓶帽、防震圈齐全，减压器完好，无泄漏，存放符合要求。
	电梯与起重机械	电梯轿厢内紧急报警装置、应急照明是否有效，门防夹装置动作可靠。起重机械（如行车、叉车）制动、限位、联锁保护装置是否可靠，吊具无缺陷。